

Evaluation sheet for / Auswertebogen für / Fiche d'évaluation pour URYXXON® Relax / URYXXON® 500

Control strips for / Kontrollstreifen für Languette de contrôle pour URYXXON® Relax / URYXXON® 500

REF 930988

LOT 1373

EXP 10.2028

Date / Datum			
Reflectometer type / Reflektometertyp / Type de réflectomètre	URYXXON® Relax	URYXXON® 500	URYXXON® Relax (Connect)
Reflectometer serial number / Reflektometer Seriennummer / N° de série du réflectomètre			
Tester / Prüfer / Contrôleur			
Performed by organisation / Prüfende Organisation / Organisme de contrôle			
Location / Ort / Lieu			
Temperature / Temperatur / Température			

Evaluation table for / Auswertetabelle für / Tableau d'évaluation pour URYXXON® Relax with serial number / mit Seriennummer / avec numéro de série: UR2XXXX (ab Firmwareversion 1.62, außer V1.8D / from firmware version 1.62, except V1.8D / à partir de la version 1.62 du firmware (sauf 1.8D)), UR3XXXX (alle Firmwareversionen / all firmware versions / toute les versions) und URYXXON® Relax (Connect) (alle Firmwareversionen / all firmware versions / toute les versions)

Parameter / Paramètre	Target value / Sollwert / Valeur cible [REM]	Tolerance / Toleranz / Tolérance [REM]	Min. [REM]	Max. [REM]	Result / Messwert / Valeur mesurée [REM]			Assessment / Bewertung / Conformité	
					1°	2°	3°	yes / ja / oui *	nein / no / non
(Red High)	859	25	834	884	/	/		☐	☐
(Red Middle)	504	25	479	529	/	/		☐	☐
(Green High)	803	25	778	828	/	/		☐	☐
(Green Middle)	380	25	355	405	/	/		☐	☐
(Blue High)	656	25	631	681	/	/		☐	☐
(Blue Middle)	351	25	326	376	/	/		☐	☐

* All three measurements must be within the tolerance range in order for "Yes" to be checked / Alle drei Messungen müssen innerhalb des Toleranzbereichs liegen, damit „Ja“ angekreuzt werden kann / Les trois mesures doivent se situer dans la plage de tolérance pour que la case « Oui » soit cochée.

Evaluation table for / Auswertetabelle für / Tableau d'évaluation pour URYXXON® Relax with serial number / mit Seriennummer / avec numéro de série: URXXXX-UR2XXXX (bis Firmwareversion 1.61 und V1.8D / up to firmware version 1.61 and V1.8D / jusqu'à la version 1.61 et 1.8D du firmware)

Parameter / Paramètre	Target value / Sollwert / Valeur cible [REM]	Tolerance / Toleranz / Tolérance [REM]	Min. [REM]	Max. [REM]	Result / Messwert / Valeur mesurée [REM]			Assessment / Bewertung / Conformité	
					1°	2°	3°	yes / ja / oui *	nein / no / non
BLD	803	25	778	828	/	/		☐	☐
UBG	530	25	505	555	/	/		☐	☐
BIL	1616	75	1541	1691	/	/		☐	☐
PRO	151	25	126	176	/	/		☐	☐
NIT	350	25	325	375	/	/		☐	☐
KET	645	25	620	670	/	/		☐	☐
GLU	659	25	634	684	/	/		☐	☐
pH	533	25	508	558	/	/		☐	☐
SG	504	25	479	529	/	/		☐	☐
LEU	380	25	355	405	/	/		☐	☐

* All three measurements must be within the tolerance range in order for "Yes" to be checked / Alle drei Messungen müssen innerhalb des Toleranzbereichs liegen, damit „Ja“ angekreuzt werden kann / Les trois mesures doivent se situer dans la plage de tolérance pour que la case « Oui » soit cochée.

Evaluation sheet for / Auswertebogen für / Fiche d'évaluation pour URYXXON® Relax / URYXXON® 500

Evaluation table for / Auswertetabelle für / Tableau d'évaluation pour URYXXON® 500

Parameter / Paramètre	Target value / Sollwert / Valeur cible [REM]	Tolerance / Toleranz / Tolérance [REM]	Min. [REM]	Max. [REM]	Result / Messwert / Valeur mesurée [REM]			Assessment / Bewertung / Conformité	
					1°	2°	3°	yes / ja / oui *	nein / no / non
GREEN Hoch	834	50	784	884	/	/		☐	☐
GREEN Mitte	465	50	415	515	/	/		☐	☐
BLUE Hoch	749	50	699	799	/	/		☐	☐
BLUE Mitte	501	50	451	551	/	/		☐	☐
ORANGE Hoch	1006	50	956	1056	/	/		☐	☐
ORANGE Mitte	619	50	569	669	/	/		☐	☐
INFRA Hoch	1061	50	1011	1111	/	/		☐	☐
INFRA Mitte	615	50	565	665	/	/		☐	☐

* All three measurements must be within the tolerance range in order for "Yes" to be checked / Alle drei Messungen müssen innerhalb des Toleranzbereichs liegen, damit „Ja“ angekreuzt werden kann / Les trois mesures doivent se situer dans la plage de tolérance pour que la case « Oui » soit cochée.

The reflectometer meets all requirements /
Das Reflektometer erfüllt alle Vorgaben /
Le réflectomètre est conforme à tous les
critères.

yes / ja / oui	no / nein / non
☐	☐

Tester / Prüfer / Contrôleur