Analyses de l'eau

MACHEREY-NAGEL

VISOCOLOR® Powder Pillows



Réactifs pour l'analyse photométrique de l'eau

- Stabilité maximale
- Ouverture facile, transfert précis
- Pour les photomètres MN



VISOCOLOR® Powder Pillows – La précision dans un sachet

Réactifs photométriques Powder Pillows

Les « *VISOCOLOR*® Powder Pillows » sont des tests photométriques qui combinent un dosage très simple des réactifs à des performances photométriques élevées. Chaque « *VISOCOLOR*® Powder Pillow » contient la quantité de réactifs nécessaire à une détermination. Les doses emballées individuellement se distinguent non seulement par leur très longue durée de conservation, mais permettent également d'éviter, dans la mesure du possible, l'utilisation de substances dangereuses. Des notices d'utilisation avec pictogrammes, faciles à comprendre, sont disponibles en 6 langues sur la page d'accueil de MACHEREY NAGEL (*www.mn-net.com*). Les *VISOCOLOR*® Powder Pillows peuvent être évalués sur les photomètres compacts PF-12^{Plus}, PF-3 et les spectrophotomètres *NANOCOLOR*® Advance, *NANOCOLOR*® *VIS* II et *NANOCOLOR*® $^{UV/VIS}$ II.

Comment ça marche

Utilisation des *VISOCOLOR*® Powder Pillows



1 Verser l'échantillon · 2 Ajouter les Powder Pillows · 3 Mélanger · 4 Attendre · 5 Mesurer

Bon à savoir

Les *VISOCOLOR*® Powder Pillows sont prêts à l'emploi avec les méthodes Hach et Hanna Instruments !

- chlore libre : pour les méthodes HACH* 10069, 10245, 8021 et HANNA** Checker® HI 701
- chlore total : pour les méthodes HACH* 10070, 10250, 8167 et HANNA** Checker® HI 711





Facile à utiliser avec d'autres photomètres

La plupart des *VISOCOLOR*® Powder Pillows ne sont pas uniquement compatibles avec les photomètres MACHEREY-NAGEL. Ils se prêtent également à des analyses avec d'autres photomètres (par exemple, les modèles HACH* DR900, DR3900 et DR6000). Ils sont prêts à l'emploi dès leur sortie de l'emballage grâce aux méthodes préprogrammées. Aucun étalonnage supplémentaire n'est nécessaire.

Informations relatives à la commande

Test	REF	No. de tests	Plage de mesure	Durée de conservation	Méthode	Spectrophotomètres	PF-12^{Plus}	PF-3 Pool	PF-3 Drinking Water	PF-3 Soil	PF-3 Fish	Autres photomètres	GHS
Ammonium [3]	936229	100	0.02 – 0.80 mg/L NH_4-N	3 années	Berthelot	■	■			■	■	■	■
Chlore libre	936220 936220.1	100 1000	0.03 – 6.00 mg/L Cl_2	5 années	DPD	■	■	■	■		■	■	
Chlore, total ; Ozone	936221 936221.1	100 1000	0.03 – 6.00 mg/L Cl_2 0.03 – 4.00 mg/L O_3	5 années	DPD	■	■	■	■		■	■	
Fer	936227	100	0.03 – 3.00 mg/L Fe	3 années	Phénanthroline	■	■	■	■			■	■
Nitrate	936226	100	1.0 – 50.0 mg/L NO_3-N	3 années	Colorant azoïque	■	■	■	■		■	■	■
Nitrite	936230	100	0.01 – 0.30 mg/L NO_2-N	5 années	Diazotation	■	■	■	■		■	■	■
pH	936222	100	pH: 6.2 – 8.2	5 années	Indicateur mixte	■	■	■	■				
Phosphate	936228	100	0.02 – 4.5 mg/L PO_4	3 années	Phosphomolybdène bleu	■	■			■	■	■	■
Silice LR	936224	100	0.02 – 2.10 mg/L SiO_2	3 années	Silicomolybdène bleu	■	■	■	■		■	■	■
Silice HR [1) 2)]	936225	100	2 – 210 mg/L SiO_2	3 années	Silicomolybdène bleu	■	■	■	■		■	■	■
Sulfate	936223	100	15 – 200 mg/L SO_4^{2-}	5 années	Sulfate de baryum	■	■	■	■				■

[1)] Domaine de mesure pour l'évaluation photométrique sur le *NANOCOLOR*® *VIS* II. Le domaine de mesure peut varier selon les autres photomètres. [2)] Pour effectuer une analyse avec le PF-12^{Plus}, un filtre spécial (450 nm) est nécessaire. [3)] Une procédure spécifique est requise pour les photomètres HACH * ; veuillez contacter MACHEREY-NAGEL.
GHS : Système mondial harmonisé : ce produit contient des substances nocives qui doivent faire l'objet d'un étiquetage spécifique en tant que substances dangereuses. Pour plus d'informations, veuillez consulter la fiche de données de sécurité (FDS).
*HACH est une marque déposée de la société HACH, située à Loveland, dans le Colorado. Le produit *VISOCOLOR*® n'est ni approuvé, ni parrainé par la société HACH, ni affilié à celle-ci.
*HANNA et Checker HC® sont des marques déposées de Hanna Instruments Inc., Woonsocket, Rhode Island. Le produit *VISOCOLOR*® n'est ni approuvé, ni parrainé par la société Hanna Instruments Inc., ni affilié à celle-ci.

KATFR100219 PowderPillows_Produktübersicht fr8a

www.mn-net.com

MACHEREY-NAGEL

MACHEREY-NAGEL SAS · 1, rue Gutenberg – BP135 · 67720 Hoerdt Cedex · France
FR +33 388 68 22 68 sales-fr@mn-net.com
DE +49 24 21 969-0 info@mn-net.com
CH +41 62 388 55 00 sales-ch@mn-net.com
US +1 888 321 62 24 sales-us@mn-net.com

MACHEREY-NAGEL SAS
(Société par Actions Simplifiée) au capital de 186600 €
Siret 379 859 531 00020 · RCS Strasbourg B379859531
N° intracommunautaire FR04 379 859 531