

Evaluation sheet for / Auswertebogen für / Fiche d'évaluation pour QUANTOFIX® Relax

Control strips for / Kontrollstreifen für / Bandes de contrôle pour QUANTOFIX® Relax

REF 913470

LOT 1275

EXP 04.2026

Date / Datum	
Reflectometer type / Reflektometertyp / Type de réflectomètre	QUANTOFIX® Relax
Reflectometer serial number / Reflektometer Seriennummer / N° de série du réflectomètre	
Tester / Prüfer / Contrôleur	
Performed by organisation / Prüfende Organisation / Organisme de contrôle	
Location / Ort / Lieu	
Temperature / Temperatur / Température	

Evaluation table / Auswertetabelle / Tableau d'évaluation

Parameter / Paramètre	Target value / Sollwert / Valeur cible [REM]	Tolerance / Toleranz / Tolérance [REM]	Min. [REM]	Max. [REM]	Result / Messwert / Valeur mesurée	Assessment / Bewertung / Conformité	
						yes / ja / oui	nein / no / non
Rot Hoch1	871	25	846	896		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Rot Mitte 2	509	25	484	534		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Grün Hoch 3	812	25	787	837		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Grün Mitte 4	385	25	360	410		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Blau Hoch 5	675	25	650	700		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Blau Mitte 6	358	25	333	383		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

The reflectometer meets all requirements /
Das Reflektometer erfüllt alle Vorgaben /
Le réflectomètre est conforme à tous les
critères.

yes / ja / oui no / nein / non

Tester / Prüfer / Contrôleur

www.mn-net.com

MACHEREY-NAGEL



Management System
EN ISO 13485:2016
ISO 9001:2015



www.tuv.com
ID 0000056401

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Valencienner Str. 11 · 52355 Düren · Germany

DE +49 24 21 969-0 info@mn-net.com

CH +41 62 388 55 00 sales-ch@mn-net.com

FR +33 388 68 22 68 sales-fr@mn-net.com

US +1 888 321 62 24 sales-us@mn-net.com