

Applikation

Version 1

Bestimmung von Nitrit in Buttermilch

Übersicht	
Parameter	Nitrit
Test	QUANTOFIX® Nitrit 25 (REF 91367)
Allgemein	Die Nitrit-Bestimmung in Milchprodukten ist für Molkereien notwendig, um unerwünschte Nitritgehalte zu erkennen und gegebenenfalls zu entfernen. Um korrekte Ergebnisse mit dem Teststreifen QUANTOFIX® Nitrit 25 zu erhalten, empfehlen wir für Messungen in Buttermilch eine angepasste Messmethode.



Probenvorbereitung, Durchführung und Berechnung des Ergebnisses

Durchführung	
	Die zu untersuchende Probe 1:1 mit VE-Wasser verdünnen.
Evaluation	Flüssigproben
Visuelle Auswertung	- Teststreifen 1 s in Probe eintauchen. - Flüssigkeitsüberschuss abschütteln. 60 s warten. - Teststreifen mit Farbskala vergleichen.
	Berechnung: Nitritgehalt [mg/L] = abgelesener Farbskalenwert [mg/L] × 2
Auf dem QUANTOFIX® Relax (Version 3)	- Methode NO₂ 25 wählen. - Teststreifen 1 s in Probe eintauchen. - Flüssigkeitsüberschuss abschütteln. - Teststreifen auf den Teststreifenhalter auflegen (mit eingeschalteter Reaktionszeit von 60 s). - Messergebnis ablesen.
	Berechnung: Nitritgehalt [mg/L] = Messergebnis QUANTOFIX® Relax [mg/L] × 2

Kontakt

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:

Technischer Support und Kundenberatung	Tel.:	+49 24 21 969-333
	E-Mail:	support@mn-net.com
Bestellannahme (national)	Tel.:	0800 2616 000
	E-Mail:	sales-de@mn-net.com

Auf dem QUANTOFIX® Relax bestimmte Messergebnisse für dotierte Buttermilchproben:

Probe	dotierte Menge [mg/L]	auf dem Display angezeigte Menge [mg/L]	entspricht berechneter Menge [mg/L]	Wiederfindungs- rate [%]
1	1	0,6	1,2	120
1	4	1,8	3,6	90
1	10	4,7	9,4	94
1	20	10,3	20,6	103
1	40	18,8	37,6	94
2	1	0,5	1,0	100
2	4	1,9	3,8	95
2	10	4,6	9,2	92
2	20	9,7	19,4	97
2	40	20,5	41,0	103