Evaluation sheet for / Auswertebogen für / Fiche d'évaluation pour URYXXON® Relax / URYXXON® 500

Control strips for / Kontrollstreifen für Languette de contrôle pour URYXXON® Relax / URYXXON® 500

REF 930988 LOT 1374 EXP 11.2028

Date / Datum			
Reflectometer type / Reflektometertyp / Type de réflectomètre	URYXXON® Relax	URYXXON® 500	URYXXON® Relax (Connect)
Reflectometer serial number / Reflektometer Serialnummer / N° de série du réflectomètre			
Tester / Prüfer / Contrôleur			
Performed by organisation / Prüfende Organisation / Organisme de contrôle			
Location / Ort / Lieu			
Temperature / Temperatur / Température			

Evaluation table for / Auswertetabelle für / Tableau d'évaluation pour URYXXON® Relax with serial number / mit Seriennummer / avec numéro de série: UR2XXXX (ab Firmwareversion 1.62, außer V1.8D / from firmware version 1.62, except V1.8D / à partir de la version 1.62 du firmware (sauf 1.8D)), UR3XXXX (alle Firmwareversionen / all firmware versions / toute les versions) und URYXXON® Relax (Connect) (alle Firmwareversionen / all firmware versions / toute les versions)

Parameter / Paramètre	Target value / Sollwert / Valeur cible [REM]	Tolerance / Toleranz / Tolérance [REM]	Min. [REM]	Max. [REM]	Result / Messwert / Valeur mesurée [REM]			Assessment / Bewertung / Conformité	
					1°	2°	3°	yes / ja / oui *	nein / no / non
(Red High)	861	25	836	886		/	/	◯	◯
(Red Middle)	500	25	475	525		/	/	◯	◯
(Green High)	807	25	782	832		/	/	◯	◯
(Green Middle)	375	25	350	400		/	/	◯	◯
(Blue High)	656	25	631	681		/	/	◯	◯
(Blue Middle)	348	25	323	373		/	/	◯	◯

* All three measurements must be within the tolerance range in order for "Yes" to be checked / Alle drei Messungen müssen innerhalb des Toleranzbereichs liegen, damit „Ja" angekreuzt werden kann / Les trois mesures doivent se situer dans la plage de tolérance pour que la case « Oui » soit cochée.

Evaluation table for / Auswertetabelle für / Tableau d'évaluation pour URYXXON® Relax with serial number / mit Seriennummer / avec numéro de série: URXXXX-UR2XXXX (bis Firmwareversion 1.61 und V1.8D / up to firmware version 1.61 and V1.8D / jusqu'à la version 1.61 et 1.8D du firmware)

Parameter / Paramètre	Target value / Sollwert / Valeur cible [REM]	Tolerance / Toleranz / Tolérance [REM]	Min. [REM]	Max. [REM]	Result / Messwert / Valeur mesurée [REM]			Assessment / Bewertung / Conformité	
					1°	2°	3°	yes / ja / oui *	nein / no / non
BLD	807	25	782	832		/	/	◯	◯
UBG	529	25	504	554		/	/	◯	◯
BIL	1614	75	1539	1689		/	/	◯	◯
PRO	151	25	126	176		/	/	◯	◯
NIT	347	25	322	372		/	/	◯	◯
KET	644	25	619	669		/	/	◯	◯
GLU	659	25	634	684		/	/	◯	◯
pH	532	25	507	557		/	/	◯	◯
SG	500	25	475	525		/	/	◯	◯
LEU	375	25	350	400		/	/	◯	◯

* All three measurements must be within the tolerance range in order for "Yes" to be checked / Alle drei Messungen müssen innerhalb des Toleranzbereichs liegen, damit „Ja" angekreuzt werden kann / Les trois mesures doivent se situer dans la plage de tolérance pour que la case « Oui » soit cochée.

Evaluation sheet for / Auswertebogen für / Fiche d'évaluation pour URYXXON® Relax / URYXXON® 500

Evaluation table for / Auswertetabelle für / Tableau d'évaluation pour URYXXON® 500

Parameter / Paramètre	Target value / Sollwert / Valeur cible [REM]	Tolerance / Toleranz / Tolérance [REM]	Min. [REM]	Max. [REM]	Result / Messwert / Valeur mesurée [REM] 1° 2° 3°	Assessment / Bewertung / Conformité yes / ja / oui *	nein / no / non
GREEN Hoch	841	50	791	891	/ /	◯	◯
GREEN Mitte	468	50	418	518	/ /	◯	◯
BLUE Hoch	752	50	702	802	/ /	◯	◯
BLUE Mitte	504	50	454	554	/ /	◯	◯
ORANGE Hoch	1006	50	956	1056	/ /	◯	◯
ORANGE Mitte	623	50	573	673	/ /	◯	◯
INFRA Hoch	1058	50	1008	1108	/ /	◯	◯
INFRA Mitte	612	50	562	662	/ /	◯	◯

* All three measurements must be within the tolerance range in order for "Yes" to be checked / Alle drei Messungen müssen innerhalb des Toleranzbereichs liegen, damit „Ja" angekreuzt werden kann / Les trois mesures doivent se situer dans la plage de tolérance pour que la case « Oui » soit cochée.

The reflectometer meets all requirements / Das Reflektometer erfüllt alle Vorgaben / Le réflectomètre est conforme à tous les critères.

yes / ja / oui	no / nein / non
◯	◯

Tester / Prüfer / Contrôleur

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Valencienner Str. 11 · 52355 Düren · Germany

DE +49 24 21 969-0 info@mn-net.com
CH +41 62 388 55 00 sales-ch@mn-net.com
FR +33 388 68 22 68 sales-fr@mn-net.com
US +1 888 321 62 24 sales-us@mn-net.com