

Kundeninformation

Parameterupdate für Kompaktphotometer PF-12^{Plus}

Übersicht	
Photometer	Kompaktphotometer PF-12 ^{Plus}
Parametersatznummer	(17)
Verfügbarkeit	ab 20.04.2026
Preis	kostenlos
Link	https://www.mn-net.com/de/nanocolor-geraete-updates
Benötigtes Zubehör	USB-AB-Verbindungskabel (REF 919687) Computer



Updatevorgang

HINWEIS

Führen Sie vor dem Parameterupdate unbedingt eine Aktualisierung der Firmware des PF-12^{Plus} auf eine Firmwareversion \geq 3.0.1 durch. Die neuen NANOCOLOR[®] ECO Teste werden sonst nicht korrekt dargestellt und ggfs. sind einzelne Methoden nicht mehr aufrufbar.

- Das Parameterupdate des PF-12^{Plus} erfolgt über die separat erhältliche Parameterupdate Software. Eine Anleitung zur Durchführung des Parameterupdates finden Sie im Downloadpaket, welches Sie unter dem oben angegebenen Link herunterladen können.
- Nach erfolgreichem Parameterupdate wird beim Gerätestart hinter der Firmwareversion die folgende Parametersatznummer in Klammern angezeigt: **(17)**

Modifizierungen

- Implementierung des neuen Test NANOCOLOR[®] Permanganat Index 10 (REF 985016)
- Optimierung der Methode 0-25 NANOCOLOR[®] leicht freisetzbares Cyanid 04 (REF 985025)

Kontakt

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:

Technischer Support und Kundenberatung	Tel.:	+49 24 21 969-333
	E-Mail:	support@mn-net.com
Bestellannahme (national)	Tel.:	0800 2616 000
	E-Mail:	sales-de@mn-net.com