

Zusammenfassung

Der Test eignet sich zur photometrischen Bestimmung von kationischen Tensiden.

Der Test ist geeignet für Oberflächen-, Grund- und Trinkwasser sowie Abwasser, Prozess- und Produktionswasser.

▪ Messbereich:

0,20 – 4,00 mg/L CTAB (Methode 0341)

- Anzahl der Bestimmungen: 20
- Wellenlänge für die photometrische Bestimmung: 620
- Haltbarkeit: 24 Monate
- Reaktionszeit: 10
- Lagertemperatur: 15 – 25 °C
- Lagerbedingung: Aufrecht

Methode

Photometrische Bestimmung mittels Disulfonblau.

Störungen

Bis zu den angegebenen Fremdstoffkonzentrationen wird der Test nicht gestört. Die summarische Wirkung verschiedener Störungen wurde nicht überprüft.

Angaben in mg/L:

- Cr(VI), Ni²⁺: 10
- Fe²⁺, Fe³⁺: 20
- Al³⁺, Ca²⁺, Mg²⁺: 100
- NH₄⁺, Cu²⁺, NO₂⁻: 200
- NO₃⁻, SO₄²⁻: 500
- Na⁺, Cr³⁺, Zn²⁺, Cl⁻, PO₄³⁻: 1000

Anionische Tenside können Minderbefunde verursachen.

Die Methode ist nach einer Verdünnung von 1 + 19 für die Analyse von Meerwasser geeignet.

Reagenzien und Hilfsmittel

Packungsinhalt:

- 20 Rundküvetten R0
- 1 Reagenz R2

Erforderliche Geräte:

- Kolbenhubpipette 1 – 5 mL (REF 916909) mit Pipettenspitzen (REF 916916)
- Kolbenhubpipette 100 – 1000 µL (REF 91677) mit Pipettenspitzen (REF 91676)

Probenahme und -vorbereitung

Siehe DIN EN ISO 5667-3-A21.

Vor der Analyse Probe auf pH 2 – 9 einstellen.

Qualitätskontrolle

Als interne Qualitätssicherungsmaßnahme wird vor jeder Messserie die Messung eines Blindwertes und eines Standards empfohlen.

LOT-spezifische Zertifikate stehen auf www.mn-net.com zur Verfügung.

Durchführung

- 1 Rundküvette öffnen. 4 mL Probe in die Küvette pipettieren
- 2 0,5 mL R2 hinzugeben
- 3 Küvette verschließen und für 2 min 3 x pro Sekunde schwenken
- 4 10 min warten
- 5 Küvette von außen säubern
- 6 Messen

Entsorgung

Rundküvetten nach dem Gebrauch in die Originalpackung zurücksetzen. Alle NANOCOLOR® Reagenziensätze werden von MACHEREY-NAGEL freiwillig kostenlos zurückgenommen und in unserem Entsorgungszentrum fachgerecht entsorgt.

Informationen zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Das Sicherheitsdatenblatt können Sie unter www.mn-net.com/SDS herunterladen.

Hinweise

Die Eichgerade ist auf N-Cetyl-N,N,N-trimethylammoniumbromid (CTAB) bezogen. Sollen andere kationische Tenside bestimmt werden, so muss die Eichgerade durch Messung von Standardlösungen überprüft werden.

Bei Verwendung anderer Photometer prüfen, ob eine Messung in Rundküvetten (16 mm AD) möglich ist und die Methode kalibrieren.

Korrekturwert z. B. für gefärbte oder trübe Proben möglich (siehe Photometerhandbuch).

Zur Erstellung der Rundküvette B für den Korrekturwert wie folgt vorgehen: Vorgehen nach Regulärer Testanleitung, statt 0,5 mL R2 aber 0,5 mL destilliertes Wasser zugeben.

Informationen zu Gefahren finden Sie auf dem Außenetikett und im Sicherheitsdatenblatt. Das Sicherheitsdatenblatt können Sie unter www.mn-net.com/SDS herunterladen.

02/2026

Overview

The test is suitable for the photometric determination of cationic surfactants.

This test is suitable for surface water, groundwater and drinking water, as well as for wastewater, process water and production water.

- Measuring range:
0,20 – 4,00 mg/L CTAB (method 0341)
- Number of tests: 20
- Wavelength for photometric determination: 620
- Shelf life: 24 months
- Reaction time: 10
- Storage temperature: 15 – 25 °C
- Storage conditions: upright

Method

Photometric determination using disulfine blue.

Interferences

The following contaminants do not interfere with the test up to the indicated concentrations. The cumulative effect of different interfering ions has not been tested.

Data in mg/L:

- Cr(VI), Ni²⁺: 10
- Fe²⁺, Fe³⁺: 20
- Al³⁺, Ca²⁺, Mg²⁺: 100
- NH₄⁺, Cu²⁺, NO₂⁻: 200
- NO₃⁻, SO₄²⁻: 500
- Na⁺, Cr³⁺, Zn²⁺, Cl⁻, PO₄³⁻: 1000

Anionic surfactants can produce results below actual values.

The method is suitable for the analysis of seawater after 1 + 19 dilution.

Reagents and accessories

Contents of reagents set:

- 20 test tubes R0
- 1 reagent R2

Required devices:

- Digital piston pipette 1 – 5 mL (REF 916909) with pipette tips (REF 916916)
- Digital piston pipette 100 – 1000 µL (REF 91677) with pipette tips (REF 91667)

Sampling and preparation

See DIN EN ISO 5667-3-A21.

Adjust to pH 2 – 9 prior to analysis.

Quality control

The measurement of a blank value and a standard is recommended before every measuring series as quality control measure.

LOT-specific certificates are available at www.mn-net.com.

Procedure

- 1 Open test tube. Pipette 4 mL of sample into test tube
- 2 Add 0.5 mL R2
- 3 Close the cuvette and swirl it three times per second for 2 minutes.
- 4 Wait 10 min
- 5 Clean outside of test tube
- 6 Measure

Disposal

Information regarding disposal can be found in the safety data sheet. You can download the SDS from www.mn-net.com/SDS.

Notes

The calibration curve is based on N-cetyl-N,N,N-trimethylammonium bromide (CTAB). If other cationic surfactants are to be determined, the calibration curve must be verified by measuring standard solutions.

When using other photometers, make sure measurements are possible in test tubes (16 mm OD) and calibrate the method.

Correction value e. g. for colored or turbid samples possible (see photometer manual).

To prepare the round cuvette B for the correction value, proceed as follows: Follow the regular test instructions, but add 0.5 mL of distilled water instead of 0.5 mL of R2.

02/2026

Résumé

Le test convient à la détermination photométrique des tensioactifs cationiques.

Le test convient pour l'analyse des eaux de surface, des eaux souterraines, de l'eau potable, des eaux usées et des eaux de process industriels.

- Gamme de mesure :
0,20 – 4,00 mg/L CTAB (méthode 0341)
- Nombre de tests : 20
- Longueur d'onde pour la détermination photométrique : 620
- Stabilité : 24 mois
- Temps de réaction : 10
- Température de stockage : 15 – 25 °C
- Conditions de stockage : à la verticale

Méthode

Détermination photométrique à l'aide du bleu de disulfine.

Interférences

Il n'y a pas d'interférences jusqu'aux concentrations de substances étrangères indiquées. L'effet cumulatif de différents ions interférents n'a pas été vérifié.

Indications en mg/L :

- Cr(VI), Ni²⁺ : 10
- Fe²⁺, Fe³⁺ : 20
- Al³⁺, Ca²⁺, Mg²⁺ : 100
- NH₄⁺, Cu²⁺, NO₂⁻ : 200
- NO₃⁻, SO₄²⁻ : 500
- Na⁺, Cr³⁺, Zn²⁺, Cl⁻, PO₄³⁻ : 1000

Les tensioactifs anioniques peuvent être la cause de résultats inférieurs aux valeurs réelles.

La méthode convient pour l'analyse de l'eau de mer après dilution de 1 + 19.

Réactifs et accessoires

Contenu du kit :

- 20 cuves rondes R0
- 1 réactif R2

Appareils nécessaires :

- Pipette à piston 1 – 5 mL (REF 916909) avec embouts (REF 916916)
- Pipette à piston 100 – 1000 µL (REF 91677) avec embouts (REF 91676)

Prélèvement et préparation des échantillons

Voir DIN EN ISO 5667-3-A21.

Avant l'analyse ajuster le pH sur 2 – 9.

Contrôle qualité

La détermination d'une valeur à blanc et d'un standard avant chaque série de mesures est recommandée comme mesure d'assurance qualité interne.

Les certificats spécifiques à un LOT sont disponibles sur le site : www.mn-net.com

Exécution

- 1 Ouvrir la cuve ronde. Pipeter 4 mL de l'échantillon dans la cuve
- 2 Ajouter 0,5 mL R2
- 3 Fermer la cuvette et l'agiter 3 fois par seconde pendant 2 minutes.
- 4 Attendre 10 min
- 5 Nettoyer l'extérieur de la cuve
- 6 Mesurer

Élimination

Vous trouverez des informations concernant l'élimination des produits dans la fiche de données de sécurité. Vous trouverez la fiche de données de sécurité sur le site www.mn-net.com/SDS pour la télécharger.

Remarques

La droite d'étalonnage est rapportée au bromure de N-cétyl-N,N,N-triméthylammonium (CTAB). Si d'autres tensioactifs cationiques doivent être déterminés, la droite d'étalonnage doit être vérifiée par la mesure de solutions étalons.

Si vous utilisez d'autres photomètres, vérifier s'il est possible d'effectuer une mesure dans des cuves rondes (16 mm DE) et étalonner la méthode.

Valeur de correction possible, p. ex. pour échantillons colorés ou troubles (voir le mode d'emploi du photomètre).

Pour préparer la cuvette ronde B pour la valeur de correction, procéder comme suit : suivre les instructions du test standard, mais ajouter 0,5 mL d'eau distillée à la place de 0,5 mL de R2.

02/2026

Riassunto

Il test è indicato per la determinazione fotometrica dei tensioattivi cationici.

Il test è adatto per acque di superficie, di falda e potabili, come pure per acque di rifiuto, di processo e di produzione.

▪ Intervallo di valori:

0,20 – 4,00 mg/L CTAB (metodo 0341)

- Numero di determinazioni: 20
- Lunghezza d'onda per determinazione fotometrica: 620
- Durata di conservazione: 24 mesi
- Tempo di reazione: 10
- Temperatura di conservazione: 15 – 25 °C
- Condizioni di conservazione: in posizione verticale

Metodo

Determinazione fotometrica mediante blu di disolfina.

Interferenze

Il test non subisce interferenze fino alle concentrazioni indicate di sostanze estranee. L'effetto sommario di ioni interferenti non è stato controllato.

Dati in mg/L:

- Cr(VI), Ni²⁺: 10
- Fe²⁺, Fe³⁺: 20
- Al³⁺, Ca²⁺, Mg²⁺: 100
- NH₄⁺, Cu²⁺, NO₂⁻: 200
- NO₃⁻, SO₄²⁻: 500
- Na⁺, Cr³⁺, Zn²⁺, Cl⁻, PO₄³⁻: 1000

I tensioattivi anionici possono essere causa di risultati inferiori.

Il metodo è adatto per l'analisi di acque marine dopo diluizione 1 + 19.

Reagenti e accessori

Contenuto set di reagenti:

- 20 cuvette tonde R0
- 1 reagente R2

Dispositivi necessari:

- Pipetta con corsa dello stantuffo da 1 – 5 mL (REF 916909) con punte (REF 916916)
- Pipetta con corsa dello stantuffo da 100 – 1000 µL (REF 91677) con punte (REF 91676)

Prelievo e preparazione dei campioni

Vedere DIN EN ISO 5667-3-A21.

Prima dell'analisi impostare il valore del pH su 2 – 9.

Controlli di qualità

Come misura di controllo qualità, prima di ogni serie di misurazione si raccomanda di determinare un bianco e uno standard.

I certificati specifici a un LOT sono disponibili su www.mn-net.com.

Procedura

- 1 Aprire la cuvetta tonda. Pipettare 4 mL di campione nella cuvetta
- 2 Immettere 0,5 mL R2
- 3 Chiudere la cuvetta e agitarla 3 volte al secondo per 2 minuti.
- 4 Attendere 10 min
- 5 Pulire l'esterno della cuvetta
- 6 Misurare

Smaltimento:

Per le informazioni sullo smaltimento si veda la scheda dei dati di sicurezza. La scheda dei dati di sicurezza può essere scaricata alla pagina www.mn-net.com/SDS.

Nota

La retta di calibrazione si riferisce al bromuro di N-cetil-N,N,N-trimetilammonio (CTAB). Se si desidera determinare altri tensioattivi cationici, è necessario verificare la retta di calibrazione misurando soluzioni standard.

In caso di utilizzo di un diverso fotometro, verificare che sia possibile una misurazione in cuvette tonde (DE 16 mm) e calibrare il metodo.

Possibile valore di correzione ad es. per campioni colorati o torbidi (vedere manuale del fotometro).

Per preparare la cuvetta circolare B per il valore di correzione, procedere come segue: seguire le istruzioni del test regolare, ma invece di 0,5 mL di R2 aggiungere 0,5 mL di acqua distillata.

02/2026

Resumen

La prueba es adecuada para la determinación fotométrica de tensioactivos catiónicos.

El test es adecuado para aguas superficiales, subterráneas y potables, así como para aguas residuales, de proceso y de producción.

- Rango de medición:
0,20 – 4,00 mg/L CTAB (método 0341)
- Número de determinaciones: 20
- Longitud de onda para la determinación fotométrica: 620
- Duración: 24 meses
- Tiempo de reacción: 10
- Temperatura de almacenamiento: 15 – 25 °C
- Condición de almacenamiento: vertical

Método

Determinación fotométrica mediante azul de disulfina.

Alteraciones

Hasta las concentraciones de sustancias extrañas indicadas la muestra no sufre alteraciones. No se ha comprobado el efecto sumario de distintos iones de interferencia.

Datos en mg/L:

- Cr(VI), Ni²⁺: 10
- Fe²⁺, Fe³⁺: 20
- Al³⁺, Ca²⁺, Mg²⁺: 100
- NH₄⁺, Cu²⁺, NO₂⁻: 200
- NO₃⁻, SO₄²⁻: 500
- Na⁺, Cr³⁺, Zn²⁺, Cl⁻, PO₄³⁻: 1000

Los tensioactivos aniónicos pueden arrojar unos resultados inferiores a los reales.

Después de una dilución de 1 + 19, el método es adecuado para el análisis de agua de mar.

Reactivos y medios auxiliares

Contenido del embalaje:

- 20 cubetas redondas R0
- 1 reactivo R2

Dispositivos necesarios:

- Pipeta de émbolo 1 – 5 mL (REF 916909) con puntas de pipeta (REF 916916)
- Pipeta de émbolo 100 – 1000 µL (REF 91677) con puntas de pipeta (REF 91676)

Toma y preparación de muestras

Ver DIN EN ISO 5667-3-A21.

Ajustar un pH 2 – 9 antes del análisis.

Control de calidad

Como medida de control de calidad interna, se recomienda la medición de un valor del blanco y de un valor de referencia antes de cada serie de medición.

Los certificados específicos de los lotes están disponibles en www.mn-net.com

Procedimiento

- 1 Abrir un tubo de ensayo. Pipetear 4 mL de muestra en la cubeta
- 2 Añadir 0,5 mL R2
- 3 Cerrar la cubeta y agitarla tres veces por segundo durante dos minutos.
- 4 Esperar 10 min
- 5 Limpiar el exterior del tubo de ensayo
- 6 Medir

Eliminación

Consulte la información sobre la eliminación en la ficha de datos de seguridad. Puede descargar la ficha de datos de seguridad en www.mn-net.com/SDS.

Notas

La recta de calibración se basa en el bromuro de N-cetil-N,N,N-trimetilamonio (CTAB). Si se desean determinar otros tensioactivos catiónicos, se debe verificar la recta de calibración mediante la medición de soluciones estándar.

Si se utiliza otro fotómetro, comprobar si es posible una medición en tubos de ensayo (DE 16 mm) y calibrar el método.

Posibilidad de valor de corrección, por ejemplo, para muestras coloreadas o turbias (consultar el manual del fotómetro).

Para preparar la cubeta redonda B para el valor de corrección, proceda de la siguiente manera: siga las instrucciones de la prueba habitual, pero en lugar de 0,5 mL de R2, añada 0,5 mL de agua destilada.

02/2026

Samenvatting

De test is geschikt voor de fotometrische bepaling van kationische oppervlakactieve stoffen.

De test is geschikt voor oppervlakte-, grond- en drinkwater en ook afval-, proces- en productiewater.

▪ Meetgebied:

0,20 – 4,00 mg/L CTAB (methode 0341)

- Aantal bepalingen: 20
- Golfhoogte voor de fotometrische bepaling: 620
- Houdbaarheid: 24 maanden
- Reactietijd: 10
- Bewaar temperatuur: 15 – 25 °C
- Bewaarconditie: rechtop

Methode

Fotometrische bepaling met behulp van disulfieblauw.

Interferenties

Tot aan de aangegeven concentraties vreemde stoffen wordt de test niet gestoord. De samengevatte werking van verschillende stoffen is niet gecontroleerd.

Waarden in mg/L:

- Cr(VI), Ni²⁺: 10
- Fe²⁺, Fe³⁺: 20
- Al³⁺, Ca²⁺, Mg²⁺: 100
- NH₄⁺, Cu²⁺, NO₂⁻: 200
- NO₃⁻, SO₄²⁻: 500
- Na⁺, Cr³⁺, Zn²⁺, Cl⁻, PO₄³⁻: 1000

Anionische tensiden kunnen te lage waarden veroorzaken.

De methode is na een verdunning van 1 + 19 geschikt voor de analyse van zeewater.

Reagentia en hulpmiddelen

Inhoud van de verpakking:

- 20 reageerbuisjes R0
- 1 reagens R2

Benodigde apparatuur:

- Zuigerpipet 1 – 5 mL (REF 916909) met pipetpunten (REF 916916)
- Zuigerpipet 100 – 1000 µL (REF 91677) met pipetpunten (REF 91676)

Monsternamen en -voorbereiding

Zie DIN EN ISO 5667-3-A21.

Voor de analyse pH-waarde 2 – 9 instellen.

Kwaliteitscontrole

Als interne maatregel voor kwaliteitsgarantie wordt aangeraden om voorafgaand aan elke serie een blinde waarde en een standaard te meten.

LOT-specifieke certificaten zijn beschikbaar op www.mn-net.com.

Uitvoering

- 1 Reageerbuis openen. 4 mL monster in de reageerbuis pipetteren
- 2 0,5 mL R2 toevoegen
- 3 Sluit de cuvet en schud deze gedurende 2 minuten 3 keer per seconde.
- 4 10 min wachten
- 5 Buitenkant van de reageerbuis schoonmaken
- 6 Meten

Afvalverwerking:

Informatie over afvalverwerking vindt u in het veiligheidsinformatieblad. Het veiligheidsinformatieblad kunt u downloaden op www.mn-net.com/SDS.

Aanwijzingen

De ijkrechte is gebaseerd op N-cetyl-N,N,N-trimethylammoniumbromide (CTAB). Als andere kationische oppervlakactieve stoffen moeten worden bepaald, moet de ijkrechte worden gecontroleerd door standaardoplossingen te meten.

Bij gebruik van andere fotometers controleren of een meting in reageerbuisjes (16 mm OD) mogelijk is en de methode kalibreren.

Correctiewaarde bijv. voor gekleurde of troebele monsters mogelijk (zie de handleiding bij de fotometer).

Ga als volgt te werk om de ronde cuvet B voor de correctiewaarde te maken: volg de reguliere testinstructies, maar voeg in plaats van 0,5 mL R2 0,5 mL gedestilleerd water toe.

02/2026

Összefoglalás

A teszt kationos felületaktív anyagok fotometriás meghatározására alkalmas.: Ez a teszt felszíni vizekhez, talajvízhez, ivóvízhez, szennyvízhez, ipari vízhez és termeléshez használt vízhez használható.

▪ Mérési tartomány:

0,20 – 4,00 mg/L CTAB (eljárás 0341)

- Meghatározások száma: 20
- Hullámhossz a fotometriás meghatározáshoz: 620
- Eltarthatóság: 24 hónap
- Reakcióidő: 10
- Tárolási hőmérséklet: 15 – 25 °C
- Tárolási feltételek: állítva tárolandó

Eljárás

Fotometriás meghatározás diszulfinkék segítségével.

Problémák

Az alábbi idegenanyag-koncentrációk a tesztet nem befolyásolják. A különböző zavaró ionok kumulatív hatását nem vizsgáltuk.

Az értékek mg/L-ben:

- Cr(VI), Ni²⁺: 10
- Fe²⁺, Fe³⁺: 20
- Al³⁺, Ca²⁺, Mg²⁺: 100
- NH₄⁺, Cu²⁺, NO₂⁻: 200
- NO₃⁻, SO₄²⁻: 500
- Na⁺, Cr³⁺, Zn²⁺, Cl⁻, PO₄³⁻: 1000

A anionos felületaktív anyagok alacsony értékeket okozhatnak.

Az eljárás 1 + 19 hígítással tengervíz elemzésére alkalmas.

Reagensek és segédanyagok

A csomag tartalma:

- 20 db kerek küvetta R0
- 1 db R2 reagens

Szükséges eszközök

- Automata kézi pipetta, 1 – 5 mL (REF 916909) pipettahegygel (REF 916916)
- Automata kézi pipetta, 100 – 1000 µL (REF 91677) pipettahegygel (REF 91676)

Mintavétel és a minta előkészítése

Lásd: DIN EN ISO 5667-3-A21.

A vizsgálathoz 2 – 9 közötti pH-értéket állítson be.

Minőségellenőrzés

Belső minőségellenőrzési intézkedésként minden mérési sorozat előtt vakoldattal és szabványos oldattal való mérés ajánlott.

A tételspecifikus tanúsítványok a www.mn-net.com oldalon érhetők el.

Eljárás

- 1 Nyissa ki a kerek küvetát. Pipetázzon 4 mL mintát a küvetába
- 2 Adjon hozzá 0.5 mL R2 tablettát.
- 3 Zárja le a küvetát, és 2 percig 3-szor másodpercenként rázza meg.
- 4 Várjon 10 percet
- 5 Kívülről törölje le a küvetát
- 6 Mérés

A hulladék ártalmatlanítása

Az ártalmatlanítással kapcsolatos információkat a biztonsági adatlapon találja meg. A biztonsági adatlap a következő weboldarról tölthető le: www.mn-net.com/SDS.

Megjegyzések

A kalibrációs egyenes N-cetil-N,N,N-trimetil-ammónium-bromidra (CTAB) vonatkozik. Ha más kationos felületaktív anyagokat kell meghatározni, akkor a kalibrációs egyenest standard oldatok mérésével kell ellenőrizni.

Másik fotométer használatával ellenőrizze, hogy a kerek küvetával (16 mm-es külső átmérő) való mérés lehetséges-e, és kalibrálja az eljárást.

Korrigált érték, pl. a színezett vagy a zavaros próbákhoz (lásd a fotométer kézikönyvét).

A korrekciós értékhez szükséges B körküvetta elkészítéséhez járjon el az alábbiak szerint: Kövesse a szokásos vizsgálati utasítást, de 0,5 mL R2 helyett 0,5 mL desztillált vizet adjon hozzá.

02/2026

Streszczenie

Test nadaje się do fotometrycznego oznaczania kationowych środków powierzchniowo czynnych.

Test nadaje się do wody powierzchniowej, gruntowej i pitnej oraz ścieków, wody procesowej i produkcyjnej.

▪ Zakres pomiarowy:

0,20 – 4,00 mg/L CTAB (metoda 0341)

- Liczba oznaczeń: 20
- Długość fali dla oznaczenia fotometrycznego: 620
- Okres trwałości: 24 miesiące
- Czas reakcji: 10
- Temperatura przechowywania: 15 – 25 °C
- Warunki przechowywania: Pionowo

Metoda

Oznaczenie fotometryczne za pomocą błękitu disulfonowego.

Zakłócenia

Zakłócenia testu nie występują do podanych stężeń substancji obcych. Nie sprawdzano sumarycznego działania różnych jonów zakłócających.

Wartości w mg/L:

- Cr(VI), Ni²⁺: 10
- Fe²⁺, Fe³⁺: 20
- Al³⁺, Ca²⁺, Mg²⁺: 100
- NH₄⁺, Cu²⁺, NO₂⁻: 200
- NO₃⁻, SO₄²⁻: 500
- Na⁺, Cr³⁺, Zn²⁺, Cl⁻, PO₄³⁻: 1000

Anionowe związki powierzchniowo-czynne mogą przyczyniać się do rezultatów poniżej rzeczywistych wartości.

Metoda ta nadaje się po rozcieńczeniu w stosunku 1 + 19 do analizy wody morskiej.

Odczynniki i środki pomocnicze

Zawartość opakowania:

- 20 kuwet okrągłych R0
- 1 odczynnik R2

Wymagane urządzenia:

- Pipeta tłokowa 1 – 5 mL (REF 916909) z końcówkami do pipet (REF 916916)
- Pipeta tłokowa 100 – 1000 µL (REF 91677) z końcówkami do pipet (REF 91676)

Pobieranie i przygotowanie próbek

Patrz DIN EN ISO 5667-3-A21.

Przed analizą ustawić wartość pH 2 – 9.

Kontrola jakości

Jako wewnętrzny środek zapewnienia jakości przed każdą serią pomiarową zaleca się pomiar wartości ślepej i wzorca.

Certyfikaty dla konkretnych serii LOT są dostępne na stronie www.mn-net.com.

Procedura

- 1 Otworzyć kuwetę okrągłą. Odmierzyć pipetą 4 mL próbki do kuwety
- 2 Dodać 0,5 mL opakowanie R2
- 3 Zamknąć kuwetę i przez 2 minuty potrząsać nią 3 razy na sekundę.
- 4 Odczekać 10 minut
- 5 Oczyszczyć kuwetę z zewnątrz
- 6 Wykonać pomiar

Usuwanie

Informacje dotyczące usuwania można znaleźć w karcie charakterystyki. Kartę charakterystyki można pobrać na stronie www.mn-net.com/SDS.

Wskazówki

Prosta kalibracyjna odnosi się do bromku N-cetylo-N,N,N-trimetyloamoniowego (CTAB). W przypadku konieczności oznaczenia innych kationowych środków powierzchniowo czynnych należy sprawdzić prostą kalibracyjną poprzez pomiar roztworów standardowych.

W przypadku stosowania innych fotometrów sprawdzić, czy możliwy jest pomiar w kuwetach okrągłych (średnica zewnętrzna 16 mm) i skalibrować metodę.

Możliwa wartość korekcyjna dla próbek zabarwionych lub mętnych (patrz instrukcja fotometru).

Aby przygotować okrągłą kuwetę B dla wartości korekcyjnej, należy postępować w następujący sposób: postępować zgodnie z instrukcją dotyczącą badania standardowego, ale zamiast 0,5 mL R2 dodać 0,5 mL wody destylowanej.

02/2026

Visão geral

O teste é adequado para a determinação fotométrica de tensoativos catiônicos.

O teste é aplicável para água superficial, água subterrânea e água potável, bem como para efluentes, água de processo e água de produção.

▪ Faixa de medição:

0,20 – 4,00 mg/L CTAB (método 0341)

- Número de testes: 20
- Comprimento de onda da determinação: 620
- Validade: 24 meses
- Tempo de reação: 10
- Temperatura de armazenamento: 15 – 25 °C
- Condições de armazenamento: na vertical.

Método

Determinação fotométrica por meio de azul de disulfina.

Interferências

As substâncias contaminantes aqui listadas não interferem no teste até a concentração indicada. O efeito cumulativo de diferentes íons não foi testado.

Informação em mg/L:

- Cr(VI), Ni²⁺: 10
- Fe²⁺, Fe³⁺: 20
- Al³⁺, Ca²⁺, Mg²⁺: 100
- NH₄⁺, Cu²⁺, NO₂⁻: 200
- NO₃⁻, SO₄²⁻: 500
- Na⁺, Cr³⁺, Zn²⁺, Cl⁻, PO₄³⁻: 1000

Surfactantes aniônicos podem produzir resultados abaixo do real.

O método pode ser utilizado para análise de água do mar após diluição 1 + 19.

Reagentes e acessórios

Conteúdo do kit de reagentes:

- 20 tubos teste R0
- 1 reagente R2

Materiais necessários:

- Micropipeta de 1 – 5 mL (REF 916909) com ponteiros descartáveis (REF 916916)
- Micropipeta de 100 – 1000 µL (REF 91677) com ponteiros descartáveis (REF 91667)

Amostragem e preparação

Vide DIN EN ISO 5667-3-A21.

Ajustar o pH para 2 – 9 antes da análise.

Controle de qualidade

Como controle de qualidade a medição de um branco e de um padrão conhecido é recomendada antes da medida de uma série de amostras.

Certificados específicos por lote disponíveis em www.mn-net.com.

Procedimento

- 1 Abrir a cubeta redonda. Pipetar 4 mL da amostra para a cubeta redonda
- 2 Adicionar 0,5 mL R2
- 3 Feche a cubeta e agite-a 3 vezes por segundo durante 2 minutos.
- 4 Aguardar 10 min
- 5 Limpar parte externa da cubeta redonda
- 6 Medir

Descarte

As informações de descarte podem ser obtidas na ficha de dados de segurança. Acesse www.mn-net.com/SDS para baixar a ficha de dados de segurança.

Notas

A reta de calibração é referida ao brometo de N-cetil-N,N,N-trimetilamônio (CTAB). Se forem determinados outros tensoativos catiônicos, a reta de calibração deve ser verificada através da medição de soluções padrão.

Ao se utilizar fotômetros de outros fabricantes, garantir a possibilidade de leitura de tubos (16 mm de diâmetro externo) e calibrar o método em questão.

Fator de correção para amostras coloridas ou turvas deve ser calculado (veja manual do fotômetro).

Para preparar a cubeta redonda B para o valor de correção, proceda da seguinte forma: Siga as instruções do teste regular, mas em vez de 0,5 mL de R2, adicione 0,5 mL de água destilada.

02/2026