

Evaluation sheet for / Auswertebogen für / Fiche d'évaluation pour QUANTOFIX® Relax

Control strips for / Kontrollstreifen für / Bandes de contrôle pour QUANTOFIX® Relax

REF 913470

LOT 1371

EXP 10.2028

Date / Datum

Reflectometer type / Reflektometertyp / Type de réflectomètre

QUANTOFIX® Relax

Reflectometer serial number / Reflektometer Seriennummer / N° de série du réflectomètre

Tester / Prüfer / Contrôleur

Performed by organisation / Prüfende Organisation / Organisme de contrôle

Location / Ort / Lieu

Temperature / Temperatur / Température

Evaluation table / Auswertetabelle / Tableau d'évaluation

Parameter / Paramètre	Target value / Sollwert / Valeur cible [REM]	Tolerance / Toleranz / Tolérance [REM]	Min. [REM]	Max. [REM]	Result / Messwert / Valeur mesurée	Assessment / Bewertung / Conformité	
						yes / ja / oui	nein / no / non
Rot Hoch 1	859	25	834	884		☐	☐
Rot Mitte 2	509	25	484	534		☐	☐
Grün Hoch 3	806	25	781	831		☐	☐
Grün Mitte 4	384	25	359	409		☐	☐
Blau Hoch 5	660	25	635	685		☐	☐
Blau Mitte 6	353	25	328	378		☐	☐

The reflectometer meets all requirements /
Das Reflektometer erfüllt alle Vorgaben /
Le réflectomètre est conforme à tous les
critères.

yes / ja / oui

no / nein / non



Tester / Prüfer / Contrôleur

MACHEREY-NAGEL

www.mn-net.com

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Valencienner Str. 11 · 52355 Düren · Germany

DE +49 24 21 969-0 info@mn-net.com

CH +41 62 388 55 00 sales-ch@mn-net.com

FR +33 388 68 22 68 sales-fr@mn-net.com

US +1 888 321 62 24 sales-us@mn-net.com

