Evaluation sheet for / Auswertebogen für / Fiche d'évaluation pour QUANTOFIX® Relax

Control strips for / Kontrollstreifen für / Bandes de contrôle pour QUANTOFIX® Relax

REF 913470 LOT 1374 EXP 11.2028

Date / Datum	
Reflectometer type / Reflektometertyp / Type de réflectomètre	QUANTOFIX® Relax
Reflectometer serial number / Reflektometer Serialnummer / N° de série du réflectomètre	
Tester / Prüfer / Contrôleur	
Performed by organisation / Prüfende Organisation / Organisme de contrôle	
Location / Ort / Lieu	
Temperature / Temperatur / Température	

Evaluation table / Auswertetabelle / Tableau d'évaluation

Parameter / Paramètre	Target value / Sollwert / Valeur cible [REM]	Tolerance / Toleranz / Tolérance [REM]	Min. [REM]	Max. [REM]	Result / Messwert / Valeur mesurée	Assessment / Bewertung / Conformité	
						yes / ja / oui	nein / no / non
Rot Hoch1	861	25	836	886		◯	◯
Rot Mitte 2	500	25	475	525		◯	◯
Grün Hoch 3	807	25	782	832		◯	◯
Grün Mitte 4	375	25	350	400		◯	◯
Blau Hoch 5	656	25	631	681		◯	◯
Blau Mitte 6	348	25	323	373		◯	◯

The reflectometer meets all requirements / Das Reflektometer erfüllt alle Vorgaben / Le réflectomètre est conforme à tous les critères.

yes / ja / oui	no / nein / non
◯	◯

Tester / Prüfer / Contrôleur

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Valencienner Str. 11 · 52355 Düren · Germany

DE +49 24 21 969-0 info@mn-net.com
CH +41 62 388 55 00 sales-ch@mn-net.com
FR +33 388 68 22 68 sales-fr@mn-net.com
US +1 888 321 62 24 sales-us@mn-net.com