

# Evaluation sheet for / Auswertebogen für / Fiche d'évaluation pour QUANTOFIX® Relax

## Control strips for / Kontrollstreifen für / Bandes de contrôle pour QUANTOFIX® Relax

REF 913470

LOT 1234

EXP 04.2025

Date / Datum	
Reflectometer type / Reflektometertyp / Type de réflectomètre	QUANTOFIX® Relax
Reflectometer serial number / Reflektometer Seriennummer / N° de série du réflectomètre	
Tester / Prüfer / Contrôleur	
Performed by organisation / Prüfende Organisation / Organisme de contrôle	
Location / Ort / Lieu	
Temperature / Temperatur / Température	

## Evaluation table / Auswertetabelle / Tableau d'évaluation

Parameter / Paramètre	Target value / Sollwert / Valeur cible [REM]	Tolerance / Toleranz / Tolérance [REM]	Min. [REM]	Max. [REM]	Result / Messwert / Valeur mesurée	Assessment / Bewertung / Conformité	
						yes / ja / oui	nein / no / non
1	867	25	842	892		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2	528	25	503	553		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3	762	25	737	787		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4	382	25	357	407		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5	674	25	649	699		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6	357	25	332	382		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

The reflectometer meets all requirements /  
Das Reflektometer erfüllt alle Vorgaben /  
Le réflectomètre est conforme à tous les  
critères.

yes / ja / oui
  no / nein / non

Tester / Prüfer / Contrôleur



MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG  
Valenciener Str. 11  
52355 Düren · Germany  
[www.mn-net.com](http://www.mn-net.com)

DE Tel.: +49 24 21 969-0 [info@mn-net.com](mailto:info@mn-net.com)  
CH Tel.: +41 62 388 55 00 [sales-ch@mn-net.com](mailto:sales-ch@mn-net.com)  
FR Tel.: +33 388 68 22 68 [sales-fr@mn-net.com](mailto:sales-fr@mn-net.com)  
US Tel.: +1 888 321 62 24 [sales-us@mn-net.com](mailto:sales-us@mn-net.com)