

Evaluation sheet for / Auswertebogen für / Fiche d'évaluation pour URYXXON® Relax / URYXXON® 500

Control strips for / Kontrollstreifen für Languette de contrôle pour URYXXON® Relax / URYXXON® 500

REF 930988

LOT 1363

EXP 08.2028

Date / Datum			
Reflectometer type / Reflektometertyp / Type de réflectomètre	URYXXON® Relax	URYXXON® 500	URYXXON® Relax (Connect)
Reflectometer serial number / Reflektometer Seriennummer / N° de série du réflectomètre			
Tester / Prüfer / Contrôleur			
Performed by organisation / Prüfende Organisation / Organisme de contrôle			
Location / Ort / Lieu			
Temperature / Temperatur / Température			

Evaluation table for / Auswertetabelle für / Tableau d'évaluation pour URYXXON® Relax with serial number / mit Seriennummer / avec numéro de série: UR2XXXX (ab Firmwareversion 1.62, außer V1.8D / from firmware version 1.62, except V1.8D / à partir de la version 1.62 du firmware (sauf 1.8D)), UR3XXXX (alle Firmwareversionen / all firmware versions / toute les versions) und URYXXON® Relax (Connect) (alle Firmwareversionen / all firmware versions / toute les versions)

Parameter / Paramètre	Target value / Sollwert / Valeur cible [REM]	Tolerance / Toleranz / Tolérance [REM]	Min. [REM]	Max. [REM]	Result / Messwert / Valeur mesurée [REM]			Assessment / Bewertung / Conformité	
					1°	2°	3°	yes / ja / oui *	nein / no / non
(Red High)	862	25	837	887	/	/		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
(Red Middle)	502	25	477	527	/	/		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
(Green High)	807	25	782	832	/	/		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
(Green Middle)	382	25	357	407	/	/		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
(Blue High)	662	25	637	687	/	/		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
(Blue Middle)	354	25	329	379	/	/		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

* All three measurements must be within the tolerance range in order for "Yes" to be checked / Alle drei Messungen müssen innerhalb des Toleranzbereichs liegen, damit „Ja“ angekreuzt werden kann / Les trois mesures doivent se situer dans la plage de tolérance pour que la case « Oui » soit cochée.

Evaluation table for / Auswertetabelle für / Tableau d'évaluation pour URYXXON® Relax with serial number / mit Seriennummer / avec numéro de série: URXXXX-UR2XXXX (bis Firmwareversion 1.61 und V1.8D / up to firmware version 1.61 and V1.8D / jusqu'à la version 1.61 et 1.8D du firmware)

Parameter / Paramètre	Target value / Sollwert / Valeur cible [REM]	Tolerance / Toleranz / Tolérance [REM]	Min. [REM]	Max. [REM]	Result / Messwert / Valeur mesurée [REM]			Assessment / Bewertung / Conformité	
					1°	2°	3°	yes / ja / oui *	nein / no / non
BLD	807	25	782	832	/	/		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
UBG	532	25	507	557	/	/		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
BIL	1598	75	1523	1673	/	/		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
PRO	152	25	127	177	/	/		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
NIT	352	25	327	377	/	/		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
KET	648	25	623	673	/	/		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
GLU	664	25	639	689	/	/		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
pH	535	25	510	560	/	/		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
SG	502	25	477	527	/	/		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
LEU	382	25	357	407	/	/		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

* All three measurements must be within the tolerance range in order for "Yes" to be checked / Alle drei Messungen müssen innerhalb des Toleranzbereichs liegen, damit „Ja“ angekreuzt werden kann / Les trois mesures doivent se situer dans la plage de tolérance pour que la case « Oui » soit cochée.

Evaluation sheet for / Auswertebogen für / Fiche d'évaluation pour URYXXON® Relax / URYXXON® 500

Evaluation table for / Auswertetabelle für / Tableau d'évaluation pour URYXXON® 500

Parameter / Paramètre	Target value / Sollwert / Valeur cible [REM]	Tolerance / Toleranz / Tolérance [REM]	Min. [REM]	Max. [REM]	Result / Messwert / Valeur mesurée [REM]			Assessment / Bewertung / Conformité	
					1°	2°	3°	yes / ja / oui *	nein / no / non
GREEN Hoch	836	50	786	886	/	/		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
GREEN Mitte	470	50	420	520	/	/		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
BLUE Hoch	756	50	706	806	/	/		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
BLUE Mitte	507	50	457	557	/	/		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ORANGE Hoch	1008	50	958	1058	/	/		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ORANGE Mitte	622	50	572	672	/	/		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
INFRA Hoch	1071	50	1021	1121	/	/		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
INFRA Mitte	617	50	567	667	/	/		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

* All three measurements must be within the tolerance range in order for "Yes" to be checked / Alle drei Messungen müssen innerhalb des Toleranzbereichs liegen, damit „Ja“ angekreuzt werden kann / Les trois mesures doivent se situer dans la plage de tolérance pour que la case « Oui » soit cochée.

The reflectometer meets all requirements /
Das Reflektometer erfüllt alle Vorgaben /
Le réflectomètre est conforme à tous les
critères.

yes / ja / oui	no / nein / non
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Tester / Prüfer / Contrôleur