

Evaluation sheet for / Auswertebogen für / Fiche d'évaluation pour URYXXON® Relax / URYXXON® 500

Control strips for / Kontrollstreifen für Languette de contrôle pour URYXXON® Relax / URYXXON® 500

REF 930988

LOT 1294

EXP 09.2026

Date / Datum			
Reflectometer type / Reflektometertyp / Type de réflectomètre	URYXXON® Relax	URYXXON® 500	URYXXON® Relax (Connect)
Reflectometer serial number / Reflektometer Seriennummer / N° de série du réflectomètre			
Tester / Prüfer / Contrôleur			
Performed by organisation / Prüfende Organisation / Organisme de contrôle			
Location / Ort / Lieu			
Temperature / Temperatur / Température			

Evaluation table for / Auswertetabelle für / Tableau d'évaluation pour URYXXON® Relax with serial number / mit Seriennummer / avec numéro de série: UR2XXXX (ab Firmwareversion 1.62, außer V1.8D / from firmware version 1.62, except V1.8D / à partir de la version 1.62 du firmware (sauf 1.8D)), UR3XXXX (alle Firmwareversionen / all firmware versions / toute les versions) und URYXXON® Relax (Connect) (alle Firmwareversionen / all firmware versions / toute les versions)

Parameter / Paramètre	Target value / Sollwert / Valeur cible [REM]	Tolerance / Toleranz / Tolérance [REM]	Min. [REM]	Max. [REM]	Result / Messwert / Valeur mesurée	Assessment / Bewertung / Conformité	
						yes / ja / oui	nein / no / non
(Red High)	870	25	845	895		☐	☐
(Red Middle)	509	25	484	534		☐	☐
(Green High)	806	25	781	831		☐	☐
(Green Middle)	385	25	360	410		☐	☐
(Blue High)	672	25	647	697		☐	☐
(Blue Middle)	355	25	330	380		☐	☐

Evaluation table for / Auswertetabelle für / Tableau d'évaluation pour URYXXON® Relax with serial number / mit Seriennummer / avec numéro de série: URXXXX-UR2XXXX (bis Firmwareversion 1.61 und V1.8D / up to firmware version 1.61 and V1.8D / jusqu'à la version 1.61 et 1.8D du firmware)

Parameter / Paramètre	Target value / Sollwert / Valeur cible [REM]	Tolerance / Toleranz / Tolérance [REM]	Min. [REM]	Max. [REM]	Result / Messwert / Valeur mesurée	Assessment / Bewertung / Conformité	
						yes / ja / oui	nein / no / non
BLD	806	25	781	831		☐	☐
UBG	546	25	521	571		☐	☐
BIL	1619	75	1544	1694		☐	☐
PRO	155	25	130	180		☐	☐
NIT	350	25	325	375		☐	☐
KET	654	25	629	679		☐	☐
GLU	676	25	651	701		☐	☐
pH	547	25	522	572		☐	☐
SG	509	25	484	534		☐	☐
LEU	385	25	360	410		☐	☐

Evaluation sheet for / Auswertebogen für / Fiche d'évaluation pour URYXXON® Relax / URYXXON® 500

Evaluation table for / Auswertetabelle für / Tableau d'évaluation pour URYXXON® 500

Parameter / Paramètre	Target value / Sollwert / Valeur cible [REM]	Tolerance / Toleranz / Tolérance [REM]	Min. [REM]	Max. [REM]	Result / Messwert / Valeur mesurée	Assessment / Bewertung / Conformité	
						yes / ja / oui	nein / no / non
GREEN Hoch	835	50	785	885		☐	☐
GREEN Mitte	456	50	406	506		☐	☐
BLUE Hoch	763	50	713	813		☐	☐
BLUE Mitte	512	50	462	562		☐	☐
ORANGE Hoch	1008	50	958	1058		☐	☐
ORANGE Mitte	612	50	562	662		☐	☐
INFRA Hoch	1078	50	1028	1128		☐	☐
INFRA Mitte	646	50	596	696		☐	☐

The reflectometer meets all requirements /
Das Reflektometer erfüllt alle Vorgaben /
Le réflectomètre est conforme à tous les
critères.

yes / ja / oui no / nein / non
☐ ☐

Tester / Prüfer / Contrôleur

www.mn-net.com

MACHEREY-NAGEL



Management
System
EN ISO 13485:2016
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 0000056401



MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Valencienner Str. 11 · 52355 Düren · Germany

DE +49 24 21 969-0 info@mn-net.com
CH +41 62 388 55 00 sales-ch@mn-net.com

FR +33 388 68 22 68 sales-fr@mn-net.com
US +1 888 321 62 24 sales-us@mn-net.com