

Evaluation sheet for / Auswertebogen für / Fiche d'évaluation pour URYXXON® Relax / URYXXON® 500

Control strips for / Kontrollstreifen für Languette de contrôle pour URYXXON® Relax / URYXXON® 500

REF 930988

LOT 1347

EXP 01.2028

Date / Datum			
Reflectometer type / Reflektometertyp / Type de réflectomètre	URYXXON® Relax	URYXXON® 500	URYXXON® Relax (Connect)
Reflectometer serial number / Reflektometer Seriennummer / N° de série du réflectomètre			
Tester / Prüfer / Contrôleur			
Performed by organisation / Prüfende Organisation / Organisme de contrôle			
Location / Ort / Lieu			
Temperature / Temperatur / Température			

Evaluation table for / Auswertetabelle für / Tableau d'évaluation pour URYXXON® Relax with serial number / mit Seriennummer / avec numéro de série: UR2XXXX (ab Firmwareversion 1.62, außer V1.8D / from firmware version 1.62, except V1.8D / à partir de la version 1.62 du firmware (sauf 1.8D)), UR3XXXX (alle Firmwareversionen / all firmware versions / toute les versions) und URYXXON® Relax (Connect) (alle Firmwareversionen / all firmware versions / toute les versions)

Parameter / Paramètre	Target value / Sollwert / Valeur cible [REM]	Tolerance / Toleranz / Tolérance [REM]	Min. [REM]	Max. [REM]	Result / Messwert / Valeur mesurée [REM]			Assessment / Bewertung / Conformité	
					1°	2°	3°	yes / ja / oui *	nein / no / non
(Red High)	863	25	838	888	/	/		☐	☐
(Red Middle)	507	25	482	532	/	/		☐	☐
(Green High)	809	25	784	834	/	/		☐	☐
(Green Middle)	385	25	360	410	/	/		☐	☐
(Blue High)	671	25	646	696	/	/		☐	☐
(Blue Middle)	353	25	328	378	/	/		☐	☐

* All three measurements must be within the tolerance range in order for "Yes" to be checked / Alle drei Messungen müssen innerhalb des Toleranzbereichs liegen, damit „Ja“ angekreuzt werden kann / Les trois mesures doivent se situer dans la plage de tolérance pour que la case « Oui » soit cochée.

Evaluation table for / Auswertetabelle für / Tableau d'évaluation pour URYXXON® Relax with serial number / mit Seriennummer / avec numéro de série: URXXXX-UR2XXXX (bis Firmwareversion 1.61 und V1.8D / up to firmware version 1.61 and V1.8D / jusqu'à la version 1.61 et 1.8D du firmware)

Parameter / Paramètre	Target value / Sollwert / Valeur cible [REM]	Tolerance / Toleranz / Tolérance [REM]	Min. [REM]	Max. [REM]	Result / Messwert / Valeur mesurée [REM]			Assessment / Bewertung / Conformité	
					1°	2°	3°	yes / ja / oui *	nein / no / non
BLD	809	25	784	834	/	/		☐	☐
UBG	534	25	509	559	/	/		☐	☐
BIL	1605	75	1530	1680	/	/		☐	☐
PRO	153	25	128	178	/	/		☐	☐
NIT	352	25	327	377	/	/		☐	☐
KET	652	25	627	677	/	/		☐	☐
GLU	676	25	651	701	/	/		☐	☐
pH	537	25	512	562	/	/		☐	☐
SG	507	25	482	532	/	/		☐	☐
LEU	385	25	360	410	/	/		☐	☐

* All three measurements must be within the tolerance range in order for "Yes" to be checked / Alle drei Messungen müssen innerhalb des Toleranzbereichs liegen, damit „Ja“ angekreuzt werden kann / Les trois mesures doivent se situer dans la plage de tolérance pour que la case « Oui » soit cochée.

Evaluation sheet for / Auswertebogen für / Fiche d'évaluation pour URYXXON® Relax / URYXXON® 500

Evaluation table for / Auswertetabelle für / Tableau d'évaluation pour URYXXON® 500

Parameter / Paramètre	Target value / Sollwert / Valeur cible [REM]	Tolerance / Toleranz / Tolérance [REM]	Min. [REM]	Max. [REM]	Result / Messwert / Valeur mesurée [REM]			Assessment / Bewertung / Conformité	
					1°	2°	3°	yes / ja / oui *	nein / no / non
GREEN Hoch	826	50	776	876	/	/		☐	☐
GREEN Mitte	463	50	413	513	/	/		☐	☐
BLUE Hoch	760	50	710	810	/	/		☐	☐
BLUE Mitte	504	50	454	554	/	/		☐	☐
ORANGE Hoch	1007	50	957	1057	/	/		☐	☐
ORANGE Mitte	620	50	570	670	/	/		☐	☐
INFRA Hoch	1078	50	1028	1128	/	/		☐	☐
INFRA Mitte	614	50	564	664	/	/		☐	☐

* All three measurements must be within the tolerance range in order for "Yes" to be checked / Alle drei Messungen müssen innerhalb des Toleranzbereichs liegen, damit „Ja“ angekreuzt werden kann / Les trois mesures doivent se situer dans la plage de tolérance pour que la case « Oui » soit cochée.

The reflectometer meets all requirements /
Das Reflektometer erfüllt alle Vorgaben /
Le réflectomètre est conforme à tous les
critères.

yes / ja / oui no / nein / non
☐ ☐

Tester / Prüfer / Contrôleur

www.mn-net.com

MACHEREY-NAGEL



Management
System
EN ISO 13485:2016
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 0000056401



MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Valencienner Str. 11 · 52355 Düren · Germany

DE +49 24 21 969-0 info@mn-net.com
CH +41 62 388 55 00 sales-ch@mn-net.com

FR +33 388 68 22 68 sales-fr@mn-net.com
US +1 888 321 62 24 sales-us@mn-net.com