

Evaluation sheet for / Auswertebogen für / Fiche d'évaluation pour URYXXON® Relax / URYXXON® 500

Control strips for / Kontrollstreifen für Languette de contrôle pour URYXXON® Relax / URYXXON® 500

REF 930988

LOT 1320

EXP 04.2027

Date / Datum			
Reflectometer type / Reflektometertyp / Type de réflectomètre	URYXXON® Relax	URYXXON® 500	URYXXON® Relax (Connect)
Reflectometer serial number / Reflektometer Seriennummer / N° de série du réflectomètre			
Tester / Prüfer / Contrôleur			
Performed by organisation / Prüfende Organisation / Organisme de contrôle			
Location / Ort / Lieu			
Temperature / Temperatur / Température			

Evaluation table for / Auswertetabelle für / Tableau d'évaluation pour URYXXON® Relax with serial number / mit Seriennummer / avec numéro de série: UR2XXXX (ab Firmwareversion 1.62, außer V1.8D / from firmware version 1.62, except V1.8D / à partir de la version 1.62 du firmware (sauf 1.8D)), UR3XXXX (alle Firmwareversionen / all firmware versions / toute les versions) und URYXXON® Relax (Connect) (alle Firmwareversionen / all firmware versions / toute les versions)

Parameter / Paramètre	Target value / Sollwert / Valeur cible [REM]	Tolerance / Toleranz / Tolérance [REM]	Min. [REM]	Max. [REM]	Result / Messwert / Valeur mesurée	Assessment / Bewertung / Conformité	
						yes / ja / oui	nein / no / non
(Red High)	858	25	833	883		☐	☐
(Red Middle)	502	25	477	527		☐	☐
(Green High)	802	25	777	827		☐	☐
(Green Middle)	379	25	354	404		☐	☐
(Blue High)	666	25	641	691		☐	☐
(Blue Middle)	350	25	325	375		☐	☐

Evaluation table for / Auswertetabelle für / Tableau d'évaluation pour URYXXON® Relax with serial number / mit Seriennummer / avec numéro de série: URXXXX-UR2XXXX (bis Firmwareversion 1.61 und V1.8D / up to firmware version 1.61 and V1.8D / jusqu'à la version 1.61 et 1.8D du firmware)

Parameter / Paramètre	Target value / Sollwert / Valeur cible [REM]	Tolerance / Toleranz / Tolérance [REM]	Min. [REM]	Max. [REM]	Result / Messwert / Valeur mesurée	Assessment / Bewertung / Conformité	
						yes / ja / oui	nein / no / non
BLD	802	25	777	827		☐	☐
UBG	529	25	504	554		☐	☐
BIL	1618	75	1543	1693		☐	☐
PRO	151	25	126	176		☐	☐
NIT	349	25	324	374		☐	☐
KET	644	25	619	669		☐	☐
GLU	671	25	646	696		☐	☐
pH	532	25	507	557		☐	☐
SG	502	25	477	527		☐	☐
LEU	379	25	354	404		☐	☐

Evaluation sheet for / Auswertebogen für / Fiche d'évaluation pour URYXXON® Relax / URYXXON® 500

Evaluation table for / Auswertetabelle für / Tableau d'évaluation pour URYXXON® 500

Parameter / Paramètre	Target value / Sollwert / Valeur cible [REM]	Tolerance / Toleranz / Tolérance [REM]	Min. [REM]	Max. [REM]	Result / Messwert / Valeur mesurée	Assessment / Bewertung / Conformité	
						yes / ja / oui	nein / no / non
GREEN Hoch	843	50	793	893		☐	☐
GREEN Mitte	458	50	408	508		☐	☐
BLUE Hoch	765	50	715	815		☐	☐
BLUE Mitte	507	50	457	557		☐	☐
ORANGE Hoch	1003	50	953	1053		☐	☐
ORANGE Mitte	619	50	569	669		☐	☐
INFRA Hoch	1068	50	1018	1118		☐	☐
INFRA Mitte	616	50	566	666		☐	☐

The reflectometer meets all requirements /
Das Reflektometer erfüllt alle Vorgaben /
Le réflectomètre est conforme à tous les
critères.

yes / ja / oui no / nein / non
☐ ☐

Tester / Prüfer / Contrôleur

www.mn-net.com

MACHEREY-NAGEL



Management
System
EN ISO 13485:2016
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 0000056401



MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Valencienner Str. 11 · 52355 Düren · Germany

DE +49 24 21 969-0 info@mn-net.com
CH +41 62 388 55 00 sales-ch@mn-net.com

FR +33 388 68 22 68 sales-fr@mn-net.com
US +1 888 321 62 24 sales-us@mn-net.com